



제2018-053465-01-1호

안전인증서

Heinrichs Messtechnik GmbH

Robert-Perthel-Straße 9, D-50739 Köln, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Vortex Flow Meter

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

DVH, DVE(Ex tb IIIB T85 °C) / 18-KA4BO-0602X

인증기준

고용노동부고시 제2016-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Robert-Perthel-Straße 9, D-50739 Köln, Germany'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 분진 방폭 구조의 와류 유량계
- 사용주위온도: $-40\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$
- IEC 60079-0 및 IEC 60529에 따른 보호등급 IP66을 만족함.

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

·정전기를 방지하기 위한 경우 젖은 천으로 닦을 것.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
- 본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx DEK 11.0052X issue No.1)와 함께 사용

2018 년 9 월 27 일

한국산업기술시험원장

